No.12 …… ご使用に当って特に注意して頂きたいことのレポートです

TOP SAFETY REPORT

トップ経腸栄養ポンプ
（TOP-6100）

Check 1 栄養セット

- □ 経腸栄養用以外のラインに栄養セットを接続していませんか。
- □ ポンプから取り外す際は、クレンメを閉じてから行っていますか。

Check 2 アタッチメント

- □ アタッチメント内のチューブは、まっすぐですか。
- □ クリップを確実に奥まで押し込んでいますか。
- □ アタッチメントを取り外してから電源を切っていますか。



Check 3 送液量・予定量

- □ 送液量、予定量は正しく設定されていますか。

Check 4 送液状態

- □ 定期的に点滴の落下状態が適切か、栄養剤の減り具合が適切か、空になっていないか、確認していますか。

Check 5 充放電

- □ 1ヶ月に1回は、充放電を行っていますか。

Check 6 充　電

- □ ご使用前に、バッテリーインジケーターの3ケ所点灯を確認していますか。
- □ 未使用時には、AC電源に接続していますか。

Check 7 接続部

- □ 接続部に異状（弛み、漏れ等）がないか確認していますか。

Check 8 留置位置

- □ 患者に挿入されているチューブの留意位置は適切ですか。



経鼻経腸瘻チューブ
経鼻胃型
経鼻十二指腸型
経鼻空腸型

胃瘻チューブ
PEG など

Check 9 点　検

- □ 危険防止のためには、使用者による適切な使用前点検・保守点検を行って頂く必要があります。

株式会社トップ　安全管理部
〒120-0035 東京都足立区千住中居町19番10号

使用の際には、必ず詳細を添付文書及び取扱説明書にて確認してください。